

Système d'osmose autoclave Midmark



Art: 9307297 | Marque: MIDMARK



Informations sur le produit

Le SYSTEME D'OSMOSE OU DE DÉMINÉRALISATION pour les autoclaves Midmark vous garantit que vous utilisez une eau **sans calcaire et sans minéraux** lorsque votre stérilisateur est connecté à la conduite d'eau. **ÉCONOMISER DU TEMPS ET DE L'ARGENT**

- Connecter un autoclave à la conduite d'eau signifie pour vous **pas de transport de bidons d'eau déminéralisée**.

RACCORDEMENT

- Lorsque vous raccordez votre stérilisateur à vapeur à la conduite d'eau , **un système d'osmose ou un osmoseur est indispensable**.
- L'eau purifiée est envoyée à l'autoclave.
- Pour toute sécurité, un raccordement pour l'évacuation de l'eau est également nécessaire.

CARTOUCHES D'OSMOSE

- Les cartouches d'osmose **doivent être remplacées périodiquement**.
- La fréquence de remplacement dépend de la dureté de l'eau et de la fréquence avec laquelle vous stérilisez vos instruments.
- L'autoclave **indique lorsque l'entrée d'eau est insuffisamment pure** et que les cartouches doivent être remplacées.

UN ADOUCISSEUR D'EAU NE SUFFIT PAS À LUI SEUL

- Même avec un adoucisseur d'eau **l'unité d'osmose reste nécessaire**.
 - Un adoucisseur d'eau n'offre pas la même qualité d'eau déminéralisée.
 - Avantage : les cartouches d'osmose dureront plus d'un an.